Общество с ограниченной ответственностью «Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний» (ООО «НП МСИ»)
127247, РОССИЯ, Г Москва, ш Дмитровское, дом 100 строение 2, пом. I, помещение 27 (4913а-г, 4917а-г)
ИНН 5029256117, ОГРН 1205000050364
Тел.: +7 (499) 130-61-30, msi@nooirf.ru, https://npmsi.ru/

Провайдер проверки квалификации Общества с ограниченной ответственностью «Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.430295

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об участии в проверке квалификации посредством межлабораторных сличений

Программа проверки квалификации
№ «ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ, 2026»

Номер раунда 3

Код участника: МСИ-165

Общество с ограниченной ответственностью "Аналитическая лаборатория Кубани"

350033, РОССИЯ, Краснодарский край, Краснодар г, Центральный внутригородской округ, улица Адыгейская Набережная, дом №67

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21АИ11

Результаты оценки функционирования участника

Шифр образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Шифр документа, устанавливающего правила и методы исследований (испытаний) и измерений, применяемого участником	Значение показателя z'	Оценка характеристики функционирования
НП-3-26-Вода	Массовая концентрация нефтепродуктов	МИ НП.23-2024 ГСИ	-0,27	удовлетворительно (приемлемо)
pH-3-26-Вода	Водородный показатель (pH)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)	0,08	удовлетворительно (приемлемо)

Комментарии и рекомендации Провайдера ПК приведены в Окончательном отчете.

Координатор программы проверки квалификации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 0A73CD0C01D0B3808A44D88ECB9DE62D20
Владелец: Бушумов Святослав Андреевич
Бушумов Святослав Андреевич
Действителен: 12.01.2026 — 12.01.2027
Дата подписи: 30.10.2026

Бушумов С. А.